

ผนวก ค

เอกสารการตรวจสอบเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (testo 177 – H1)


**Kalibrier-Protokoll**Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage  
Protocollo di collaudo • Informe de calibración

Gerät / Module type / Modèle / Modelo:	<b>testo 177-H1</b>
Serien-Nr. / Serial no. / No. de série / Número de serie:	<b>00999714</b>

Schnittstellentest / Interface test / Test d'interface / Prueba del interface:	<b>ok</b>
Anzeigen-Test / Display-Test / Test afficheur / Prueba del visualizador:	<b>ok</b>
LED-Funktion / LED-functions / Fonctions LED / Funciones del LED:	<b>ok</b>
Tasten-Start / Key-Start / Départ clavier / Tecla de inicio:	<b>ok</b>
Grenzwerte gesetzt / Limit values set / Valeur limite fixée / Ajuste valores l'limite:	<b>ok</b>

**Meßwerte mit Sensoren / Measured values with sensors /  
Valeurs mesurées avec capteurs / Valores medidos con sensors:**

Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Zulässige Toleranz / Permissible tolerance / Tolérance admise / Tolerancia permitida:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido:
11.2 %rF	± 2.0 %rF	11.2 %rF
40.4 %rF	± 2.0 %rF	40.0 %rF
74.6 %rF	± 2.0 %rF	74.7 %rF
25.0 °C	± 0.5 °C	25.0 °C

Intern / Internal / Interne / Interna

**Meßwerte ohne Sensor / Measured values without sensor /  
Valeurs mesurées sans capteur / Valores medidos sin sensor:**

60.0 °C	± 0.2 °C	60.1 °C
---------	----------	---------

Extern / External / Externe / Externa

31.08.2004  
Datum / Date /  
Date / Fecha(5)  
Prüfer / Inspector /  
Vérificateur / Verificador



## Kalibrier-Protokoll

Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage  
 Protocollo di collaudo • Informe de calibración

Gerät / Module type /  
 Modèle / Modelo: **testo 177-H1**  
 Serien-Nr. / Serial no. /  
 No. de série / Número de serie: **01013496**

Schnittstellentest / Interface test /  
 Test d'interface / Prueba del interface: **ok**  
 Anzeigen-Test / Display-Test /  
 Test afficheur / Prueba del visualizador: **ok**  
 LED-Funktion / LED-functions /  
 Functions LED / Funciones del LED: **ok**  
 Tasten-Start / Key-Start /  
 Départ clavier / Tecla de inicio: **ok**  
 Grenzwerte gesetzt / Limit values set /  
 Valeur limite fixée / Ajuste valores límite: **ok**

### Meßwerte mit Sensoren / Measured values with sensors / Valeurs mesurées avec capteurs / Valores medidos con sensors:

Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Zulässige Toleranz / Permissible tolerance / Tolérance admise / Tolerancia permitida:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido:
11.2 %rF	± 2.0 %rF	11.2 %rF
40.2 %rF	± 2.0 %rF	40.2 %rF
74.9 %rF	± 2.0 %rF	74.9 %rF
25.0 °C	± 0.5 °C	24.7 °C

Intern / Internal / Interne / Interna

### Meßwerte ohne Sensor / Measured values without sensor / Valeurs mesurées sans capteur / Valores medidos sin sensor:

60.0 °C	± 0.2 °C	60.1 °C
---------	----------	---------

Extern / External / Externe / Externa

23.09.2004  
 Datum / Date /  
 Date / Fecha

(5)  
 Prüfer / Inspector /  
 Vérificateur / Verificador



## Kalibrier-Protokoll

Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage  
 Protocollo di collaudo • Informe de calibración

Gerät / Module type /  
 Modèle / Modelo: **testo 177-H1**  
 Serien-Nr. / Serial no. /  
 No. de série / Número de serie: **00991540**

Schnittstellentest / Interface test /  
 Test d'interface / Prueba del interface: **ok**  
 Anzeigen-Test / Display-Test /  
 Test afficheur / Prueba del visualizador: **ok**  
 LED-Funktion / LED-functions /  
 Functions LED / Funciones del LED: **ok**  
 Tasten-Start / Key-Start /  
 Départ clavier / Tecla de inicio: **ok**  
 Grenzwerte gesetzt / Limit values set /  
 Valeur limite fixée / Ajuste valores limite: **ok**

**Meßwerte mit Sensoren / Measured values with sensors /  
 Valeurs mesurées avec capteurs / Valores medidos con sensors:**

Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Zulässige Toleranz / Permissible tolerance / Tolérance admise / Tolerancia permitida:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido:
10.9 %rF	± 2.0 %rF	10.9 %rF
40.4 %rF	± 2.0 %rF	40.2 %rF
74.9 %rF	± 2.0 %rF	74.8 %rF
25.0 °C	± 0.5 °C	25.0 °C

Intern / Internal / Interne / Interna

**Meßwerte ohne Sensor / Measured values without sensor /  
 Valeurs mesurées sans capteur / Valores medidos sin sensor:**

60.0 °C	± 0.2 °C	60.0 °C
---------	----------	---------

Extern / External / Externe / Externa

16.07.2004  
 Datum / Date /  
 Date / Fecha

(5)  
 Prüfer / Inspector /  
 Vérificateur / Verificador